

Analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EIG
Praticien expérimenté	Pas d'expérience de la pose d'attelle sur poulains	Importante
Bonne qualité de sédation et contention	Oui	Aucune
Attelle adaptée	Imparfaite, mal ajustée pour un poulain	Principale contribution
Rembourrage suffisant	A peine suffisant	Vraisemblable
Serrage adapté	Trop serré	Contribution majeure
Information sur les risques encourus	Aucune	Contribution au sinistre RCP
Barrière de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EIG
Suivi régulier assuré (contrôle de l'efficacité et de l'innocuité)	Suivi manifestement inexistant	Majeure
Barrière d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Traitement en hospitalisation	Oui	Le poulain a guéri

Analyse des causes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétences techniques du praticien	Bon praticien sans expérience adaptée de ce type d'intervention sur poulain	Manifeste
Défauts de compétences non techniques du praticien	N'a donné aucune information sur les risques et ne s'est pas préoccupé du suivi	A joué un rôle dans l'EI

Analyse détaillée selon la méthode des temps

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Tempo du vétérinaire qui a posé l'attelle	Praticien habitué à ce type d'intervention sur le veau, pas sur le poulain	Principale
Tempo de l'intervention	Dispositif médical mal adapté Serrage excessif	Majeure
Tempo du vétérinaire traitant	Erreur de délégation Absence fautive de suivi	Importante et passée sous silence
Tempo du propriétaire (éléments liés à son comportement)	RAS	Néant